

64排液态轴承球管	一、设备名称：64排液态轴承球管 二、设备型号： 1. 阳极热容量5.0 MJ； 2. 管套热容量不小于7.7MJ； 3. 焦点数量不少于2个； 4. 焦点尺寸执行IEC336/2005标准，小焦点$\leq 0.9\text{mm} \times 0.7\text{mm}$，大焦点$> 1.2\text{mm} \times 1.1\text{mm}$； 5. 焦点最大功率$\geq 72\text{KW}$； 6. 120KV下最大毫安输出不低于600mA； 7. 管套出线窗口FOV尺寸40mm； 8. 支持0.35秒每圈高速旋转； 9. 球管搭载ASiR芯片并配套接口，适配小宝石CT的ASiR技术； 10. 靶盘直径$\geq 200\text{mm}$； 11. X射线组件等效总过滤4.9mmAl； 12. 球管最大额定电压$\geq 140\text{KV}$； 13. 阳极靶面角度7度。 14. X射线管套2137130-17 15. X射线管5401074 16. 质保:5万病人量	套
-----------	--	---