

专家论证意见

一、基本情况

申请单位	固始县中医院
采购项目所属项目名称	固始县中医院购置64排CT球管
技术参数	详见技术参数
采购代理机构	中晟基业项目管理有限公司
单一来源供应商	河南爱生医学科技有限公司

二、专家论证意见：

本次同采购球管为中医院整机设备配套产品。CT机对设备配件匹配性、要求比较高，需为原厂配套球管，故本次同采购球管需为CT整机为同一品牌（GE）

河南爱生医学科技有限公司为GE名称、河南唯一授权经销商兼授权品牌河南售后服务，具有唯一性，符合单一来源采购要求。

专家签字： 郑刘洋

日期：2026年9月3日