

专家论证意见

一、基本情况

申请单位	固始县中医院
采购项目所属项目名称	固始县中医院购置64排CT球管
技术参数	详见技术参数
采购代理机构	中晟基业项目管理有限公司
单一来源供应商	河南爱生医学科技有限公司

二、专家论证意见：

为保证设备配套，保障产品从安装到连接等各方面的无缝对接，必须通过球管与整机的匹配性测试检验，保障设备图像优质，避免因设备问题导致成像不清，避免设备运转故障以及其它危及患者安全问题发生，只有原厂球管才能实现，并且如果因更换球管导致CT机故障，GE公司可以全面负责，河南爱生医学科技公司是GE公司唯一有授权的经销商，所有配件由GE厂家提供，具有唯一性，且符合单一来源采购。

专家签字：

李勇

日期：2026年9月3日