

### 固始县中医院购置64排CT球管项目清单与计价表

序号	名称	设备参数	单位	工程量	综合单价 (元)	总价 (元)
1	CT球管	一、设备名称:SOMATOMAS64 二、球管型号:STRATONMXP 三、数量:1台 四、主要技术规格及系统概述: 1、对应于4600W的阳极等效输入功率时的阳极标称输入功率: F1:48千瓦F2:100千瓦 2、阳极最大热容量:相当于50MHU(6.5MHU/min的冷却速率) 3、阳极表面覆层材料:钨-铱 4、靶材料:铯、钨、钼合金 5、标称X射线管电压:145千伏 6、阳极的最大散热功率:80,000瓦 7、最大阳极频率:160赫兹 8、最大连续热耗散:4.6千瓦 9、靶角(与参考轴有关):7° 10、焦点焦点标称值(与参考轴有关):F1:0.7×0.7; F2:0.9*1.1 11、X射线管组件的固有过滤:6.8毫米铝/145千伏 12、辐射泄漏在1米距离时为145千伏/4.6千瓦, <0.8毫戈瑞/小时 13、重量(不包括附件):38公斤 14、高压连接+/-:三芯电缆连接/三芯电缆连接 15、操作过程中所允许的环境温度:+18℃-+30℃ 16、操作过程中所允许的空气的相对湿度:20%-75% 17、操作过程中所允许的大气压:700百帕-1060百帕 18、冷却流量:22升/分钟 19、冷却绝缘油的体积(包括冷却系统内):11.5升 20、质保期:最长12个月且不超过500,000扫描秒	个	1	1350000.00	1350000.00
		合计				1350000.00

